

## 装置名:高速冷却遠心機

### 1. 概要

大量(~2 L)の菌体培養液や生物由来試料の遠心分離。

### 2. 特性

トミー精工(TOMY)製 Suprema21。最高回転数:21,000 rpm。RI の使用不可。使用前に装置担当者と必ず打ち合わせすること。

### 3. 設置場所

トレーサ棟 生物実験室 2(管理区域内)

### 4. 提出書類

所外の利用者:【様式 3】管理区域立入願

### 5. 装置担当者、連絡先

木野内忠稔 (2440)

