

## 装置名:クリーンベンチ

### 1. 概要

大腸菌を主とした細菌・微生物類の無菌操作専用の製強制排気型(垂直気流方式)クリーンベンチ。

### 2. 特性

日本医化器械製作所製 VSF-850A  
洗浄度クラス 100、集塵率 0.3  $\mu\text{m}$  粒子 99.99%以上。RI の使用不可。使用前に装置担当者と必ず打ち合わせすること。

### 3. 設置場所

トレーサ棟 分光分析室(管理区域内)

### 4. 提出書類

所外の利用者:【様式3】管理区域立入願

### 5. 装置担当者、連絡先

木野内忠稔 (2440)

