

装置名:超遠心機

1. 概要

大量(~2 L)の菌体培養液や生物由来試料の遠心分離。

2. 特性

日立工機製SCP-70H:スイングロータRPS40Tのみ対応。最高回転数:40,000 rpm. 最大遠心加速度, 284,000 × g。RIの使用不可。使用前に装置担当者と必ず打ち合わせすること。

3. 設置場所

トレーサ棟 生物実験室 3(管理区域内)

4. 提出書類

所外の利用者:【様式3】管理区域立入願

5. 装置担当者、連絡先

木野内忠稔 (2440)

