

CO2 インキュベータ

1. 概要

培養細胞を目的とした設備である。

2. 特性

三洋(パナソニックヘルスケア社)製 CO2 インキュベータ
ヒラサワ製 CO2 インキュベータ CPD シリーズ

- ・ 温度設定範囲：+5℃～50℃
- ・ 炭酸ガス濃度：0%～20%



3. 設置場所

トレーサー棟生物実験室 No.3A

4. 提出書類等

利用の詳細は、装置担当者に直接問い合わせること。

5. 装置担当者

鈴木実(2390)、近藤夏子(2425)

6. その他

※通常、設定温度 37℃、CO2 濃度 5.0%で設定しています。

無断で設定を変えないようにお願いします。設定変更される場合は、御相談下さい。

※使用希望者が多くい時は、出来る限り多くの研究者が使用できるように使用時間を制限させていただくことがあります。