

機器名 ヒートランプ
HL-1 (室町機械)

1. 概要

250W 赤外線ランプにより、マウスを温め、薬剤の尾静脈投与時に尾静脈の拡張目的に使用する。



2. 特性

基本仕様

| | |
|----------|-------------------|
| 型式 | HL-1 |
| アーム長 | 46 x 46(cm) 2段パネ式 |
| テーブルクランプ | 標準Uネジ |
| 重量 | 900g |
| 電源 | 110VACまたは220VAC |
| 電球 | 250W 赤外線ランプ |

3. 設置場所

第1研究棟動物実験室 (I-121)

4. 提出書類

特になし

5. 装置担当者、連絡先

鈴木 実 (内線: 2390)